

浙江省中医制标更新

2024-04-29 09:27 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-29 09:27 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-29 11:03 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2024-04-30 09:17 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 20

2024-04-29 0.5h 跟现场约时间，暂时不在现场无法提供远程，下一次有人在现场再约时间做

#4 - 2024-06-20 10:38 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#5 - 2024-06-21 09:41 - shangdavid

- % 完成 从 20 变更为 80

- 产品名称 被设置为 无

2024-06-20 1.5h 更新了湖滨院区高低值制标各一套，钱塘院区明日继续更新

#6 - 2024-06-24 09:32 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2024-06-24 09:59 - shangdavid

- % 完成 从 80 变更为 100

2024-06-22 2h 江省中医钱塘院区原制标工控机恢复正常，更新了printer版本测试打印，其中遇到打印乱码问题和无法启动打印问题找kay协助处理了一下

#8 - 2024-06-24 10:45 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-06-26 13:18 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed