

FSW重要热点问题记录

2024-05-14 11:34 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-14
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-14 11:34 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-05-15 09:15 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-05-15 09:16 - wangkay

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2024-05-15 09:54 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#5 - 2024-05-15 09:56 - wangkay

5/15

9735 15225 曙光医院高值一代柜人员按柜门设置权限无效 发布组 开-已受理 开-未处理

还未上线,但是SPD要求医院组录入人员和权限开始锁柜门

9537 14967 浙江省中医智能柜库存查询页面改动需求 发布组 开-已受理 开-已反馈 5月底医院要求SPD系统上线,希望我们也能更新掉

9760 15237 浙江省中医智能柜库存查询页面要求标题栏不换行 发布组 开-已受理 开-未处理 同上

9303 14526 江西省人民mcims显示重复制标任务 发布组 开-已受理 已处理-已修改

9677 15133 江西省人民收到重复制标导致mcims货品品规信息也重复 发布组 开-已受理 已处理-已修改

9492 14997 浙江省中医单品柜护士戴帽子口罩人脸识别失败频繁 发布组 开-需反馈 开-已反馈

单品柜配置文件增加faceConfidence=75, type:1(关闭活体检测),现场观察

9691 15189 浙江省中医湖滨DSA量产柜客户端异常退出 发布组 开-需反馈 开-需反馈 5/14 king按照pual反馈更新了nsservice 1.2.3.1,现场观察

#6 - 2024-05-15 11:58 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 New

#7 - 2024-05-15 17:54 - wangkay

5/16

9735 15225 曙光医院高值一代柜人员按柜门设置权限无效 发布组 2024-05-15 开-已受理 开-处理中 Thabo

还未上线,但是SPD要求医院组录入人员和权限开始锁柜门

9537 14967 浙江省中医智能柜库存查询页面改动需求 发布组 2024-05-15 开-已受理 开-已反馈 Shaogen

5月底医院要求SPD系统上线,希望我们也能更新掉 5-15 开发需review

9760 15237 浙江省中医智能柜库存查询页面要求标题栏不换行 发布组 2024-05-15 开-已受理 开-未处理 Shaogen 同上 5-15 开发需review

9303 14526 江西省人民mcims显示重复制标任务 发布组 2024-05-15 开-已受理 已处理-已修改 Jerry "5-15 需要确认是否热点问题

5-15 原因:问题发生必须要开发处理数据后才能打印标签,可能是下班后或者周末" 已修改

9677 15133 江西省人民收到重复制标导致mcims货品品规信息也重复 发布组 2024-05-15 开-已受理 已处理-已修改 Jerry "5-15

需要确认是否热点问题

5-15 同上" 已修改

9492 14997 浙江省中医单品柜护士戴帽子口罩人脸识别失败频繁 发布组 2024-05-15 开-需反馈 开-已反馈 Paul

"单品柜配置文件增加faceConfidence=75, type:1(关闭活体检测),现场观察

5-15 需要Patrick签字,开放这个功能设置" 5-15 现场测试下来可以识别,如果现场需要开,需提正式申请,并要签字

9691 15189 浙江省中医湖滨DSA量产柜客户端异常退出 发布组 2024-05-15 开-需反馈 已处理-可发布 Paul "5/14

king按照pual反馈更新了nsservice 1.2.3.1,现场观察

5-15 需要改可发布状态 状态已修改"

9306 15008 浙江省中医单品柜登录自动开门 发布组 2024-05-15 已处理-待发布 已处理-可发布

#8 - 2024-05-17 09:40 - wangkay

9735 15225 曙光医院高值一代柜人员按柜门设置权限无效

与现场沟通5-21提供更新包

9537 14967 浙江省中医智能柜库存查询页面改动需求

5-15 开发需review

9760 15237 浙江省中医智能柜库存查询页面要求标题栏不换行

9303 14526 江西省人民mcims显示重复制标任务

5-15 原因：问题发生必须要开发处理数据后才能打印标签，可能是下班后或者周末" 已修改

9677 15133 江西省人民收到重复制标导致mcims货品品规信息也重复

5-15 同上" 已修改

9492 14997 浙江省中医单品柜护士戴帽子口罩人脸识别失败频繁

5-15 单品柜配置文件增加faceConfidence=75, type:1(关闭活体检测)，现场观察

5-15 需要Patrick签字，开放这个功能设置" 5-15 现场测试下来可以识别，如果现场需要开，需提正式申请，并要签字

9691 15189 浙江省中医湖滨DSA量产柜客户端异常退出 发布组 2024-05-15

5-14 king按照pual反馈更新了nsservice 1.2.3.1，现场观察

9306 15008 浙江省中医单品柜登录自动开门 发布组

5-15 已处理-可发布

#9 - 2024-05-17 09:40 - wangkay

5/16

9735 15225 曙光医院高值一代柜人员按柜门设置权限无效

与现场沟通5-21提供更新包

9537 14967 浙江省中医智能柜库存查询页面改动需求

5-15 开发需review

9760 15237 浙江省中医智能柜库存查询页面要求标题栏不换行

9303 14526 江西省人民mcims显示重复制标任务

5-15 原因：问题发生必须要开发处理数据后才能打印标签，可能是下班后或者周末" 已修改

9677 15133 江西省人民收到重复制标导致mcims货品品规信息也重复

5-15 同上" 已修改

9492 14997 浙江省中医单品柜护士戴帽子口罩人脸识别失败频繁

5-15 单品柜配置文件增加faceConfidence=75, type:1(关闭活体检测)，现场观察

5-15 需要Patrick签字，开放这个功能设置" 5-15 现场测试下来可以识别，如果现场需要开，需提正式申请，并要签字

9691 15189 浙江省中医湖滨DSA量产柜客户端异常退出 发布组 2024-05-15

5-14 king按照pual反馈更新了nsservice 1.2.3.1，现场观察

9306 15008 浙江省中医单品柜登录自动开门 发布组

5-15 已处理-可发布

#10 - 2024-05-17 10:51 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#11 - 2024-05-17 11:33 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 New

#12 - 2024-06-26 14:10 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#13 - 2024-07-01 18:00 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 New

#14 - 2024-07-04 09:34 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#15 - 2024-07-04 09:45 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 New

#16 - 2024-07-08 16:00 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#17 - 2024-07-09 14:03 - wangkay

7/8 曙光条码柜多科室新方案需求；江西省人民管理未入柜耗材需求；广州中西医制标模板需求

#18 - 2024-07-09 14:03 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 To Be Closed

#19 - 2024-07-10 11:23 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed