

Product Deployment - Support #15739

10277 广州中西医结合B001平板无法远程访问

2024-07-22 06:58 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-22 07:00 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 60
- 2024-07-17 1h
- 1) 指导现场使用现场包柜otg线接笔记本测试；2) 网线接电脑直连测试，两种都无法检测到平板，网络adb无法使用，需要现场联系生产组硬件报修
- #2 - 2024-07-22 07:00 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #3 - 2024-07-22 07:00 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #4 - 2024-07-29 10:22 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #5 - 2024-07-30 10:09 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2024-07-30 10:16 - shangdavid
- 2024-07-29 0.5h 和现场确认otg更换后的识别结果，adb devices还是无发识别
- #7 - 2024-08-05 10:21 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #8 - 2024-08-06 16:49 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed