

Product Deployment - Support #16217

10572 南京泰康DSA手术间智能柜卡顿

2024-08-05 10:25 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-08-02
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-05 10:25 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2024-08-05 10:27 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2024-08-02 0.75h 现场IO204 连不上，排查是网线没接好，重新连上恢复

#3 - 2024-08-05 10:36 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-08-06 16:48 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed