

Product Deployment - Support #16417

FSW10633 试剂客户端读取到标签但显示未识别

2024-08-09 14:12 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-08-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:	海南省人民医院	现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-09 14:12 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-08-12 09:15 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- % 完成 从 0 变更为 90
- 8/9 1) scrap字段默认值NULL导致该问题；2) 修改数据库字段默认值，update
- #3 - 2024-08-12 09:15 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #4 - 2024-08-12 10:39 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2024-08-12 12:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #6 - 2024-08-15 10:27 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-08-16 16:17 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed