

Product Deployment - Support #17852

11186 海南人民医院试剂冰箱-盘点出现异常数据

2024-09-29 10:22 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-09-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-29 10:22 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-09-30 17:04 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #3 - 2024-10-09 09:31 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-09-30 1h
- 1)转工程单给开发，取日志；2) 调查结果为无单上架数据正常，无显示的标签怀疑是系统外标签或者耗材状态为退库，由于日志已清无法继续查；3) 已反馈给现场
- #4 - 2024-10-09 09:32 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-10-09 09:32 - shangdavid
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Feedback
- #6 - 2024-10-14 11:22 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-10-15 17:09 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed