

Product Deployment - Support #18326

11363-海南-试剂冰箱-无盘点和关门异常

2024-10-21 10:24 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-21
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
11363-海南-试剂冰箱-无盘点和关门异常			

历史记录

- #1 - 2024-10-21 10:25 - jinking
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #2 - 2024-10-21 14:09 - jinking
- 10/18
- 1.天线异常是硬件接线问题
- 2.关门异常是版本原因，新安装的柜子需要更新最新版本
- #3 - 2024-10-22 10:36 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #4 - 2024-10-24 10:46 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-10-28 15:32 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed