

Product Deployment - Support #18369

11373-海南省人民医院-试剂冰箱-盘点出现异常数据

2024-10-22 09:37 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.25 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
11373-海南省人民医院-试剂冰箱-盘点出现异常数据			

历史记录

- #1 - 2024-10-22 09:38 - jinking
- 10/21
- 现场试剂柜子里面有异常标签导致显示异常
- #2 - 2024-10-22 09:44 - jinking
- 状态 从 *New* 变更为 *Resolved*
- #3 - 2024-10-22 10:36 - wangkay
- 状态 从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*
- #4 - 2024-10-28 15:33 - admindev
- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*