

Product Deployment - Support #18406

11380-济宁市一-总院内镜高值柜数据无法提交

2024-10-23 09:27 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-23
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
11380-济宁市一-总院内镜高值柜数据无法提交			

历史记录

- #1 - 2024-10-23 09:28 - jinking
10/22
之前更新这台没有更新，更新版本恢复正常
- #2 - 2024-10-23 09:33 - jinking
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #3 - 2024-10-23 10:37 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2024-10-28 15:32 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed