

Product Deployment - Support #20137

fsw11886 湘雅医院 急诊高值柜指纹无法登录 客户端更新

2025-01-06 14:04 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.25 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-06 14:04 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-01-07 09:27 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 70
- 2025-01-06 2.25h
- 1) 现场更新了cabinet和usbmonitor，service1临时版本更新后启动报错，取日志交开发调查，开发晚点看先恢复原service1版本启动客户端使用；2) 在公司新的windows机器上发布了更新包service1启动还是报错，取日志给barry了，明日继续跟进处理进度
- #3 - 2025-01-07 17:53 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #4 - 2025-01-08 09:50 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #5 - 2025-01-09 09:10 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2025-01-13 09:19 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #7 - 2025-01-13 10:31 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #8 - 2025-01-13 16:22 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #9 - 2025-01-14 09:33 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #10 - 2025-01-15 11:34 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #11 - 2025-01-15 11:40 - shangdavid
- % 完成 从 70 变更为 100
- 2025-01-13 1h 1) 现场更新了cabinet和usbmonitor，service1临时版本,测试正常

#12 - 2025-01-20 16:35 - wangkay
- 状态从 Feedback 变更为 To Be Closed

#13 - 2025-01-21 16:59 - admindev
- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed