

Product Deployment - Support #20782

12325 海南医院试剂冰箱-冰箱出现未关门就盘点

2025-02-17 10:22 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-02-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.25 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-17 10:22 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-02-18 09:21 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2025-02-17 1.25h 和现场沟通确认情况，现象偶发。转工程单取日志交开发调查

#3 - 2025-02-18 09:31 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#4 - 2025-02-18 10:04 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#5 - 2025-02-20 09:31 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 70

2025-02-18 工程单开发需确认信息沟通，怀疑是应急打开导致，现场补取日志继续调查

#6 - 2025-02-26 10:47 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#7 - 2025-03-04 11:31 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#8 - 2025-03-04 15:32 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed