

Product Deployment - Support #21682

12769 海南人民医院试剂冰箱-没有点“确认制标”却已经是制标状态

2025-03-24 16:03 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-24
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-24 16:03 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-03-24 16:03 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-03-25 10:59 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2025-03-25 13:16 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed

#5 - 2025-03-26 09:23 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-03-24 1.5h

1)远程核实确认问题，转工程单给开发；2) 开发调查结果在现场补打印的标签在之前进来的另一个制标任务中还没打印过，需要现场重新打印之前单据再做上架