

Product Deployment - Support #21851

FSW12843 知识城手术室两套智能柜无法使用指纹登录

2025-03-31 10:22 - wangkay

|       |         |          |            |
|-------|---------|----------|------------|
| 状态:   | Closed  | 开始日期:    | 2025-03-31 |
| 优先级:  | Normal  | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | wangkay | % 完成:    | 0%         |
| 类别:   |         | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |         | 耗时:      | 3.50 小时    |
| 客户名称: |         | 现场FSW统计: | 是          |
| 关键字:  |         | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |         |          |            |

历史记录

- #1 - 2025-03-31 10:22 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-04-01 10:21 - wangkay
- 3/31 sygc同步到sso用户存在bug。方案1更新，方案2录指纹后处理数据
- #3 - 2025-04-01 10:54 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #4 - 2025-04-01 13:52 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 Resolved
- #5 - 2025-04-01 13:52 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #6 - 2025-04-02 09:25 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #7 - 2025-04-02 09:26 - wangkay
- 4/1 公司QA无法重现，不能提供更新；后续提供现场修数据方案
- #8 - 2025-04-03 09:30 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #9 - 2025-04-06 16:55 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #10 - 2025-04-06 17:04 - wangkay
- 4/3 开发预约现场测试调查，现场thabo答复已修数据后续可正常使用。
- #11 - 2025-04-07 11:07 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #12 - 2025-04-08 14:38 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed