

Product Deployment - Support #23631

浙江内镜1号房间单品柜换工控机远程配置更新

2025-06-19 09:17 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-19 09:17 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-06-19 09:18 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-06-19 09:42 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-06-18 1h 1) 现场反馈换上工控机平板程序卡60%进不去，远程检查配置更新后恢复
- #4 - 2025-06-19 13:19 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-06-19 16:17 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed