

14575上海九院部分未制标问题

2025-09-28 10:25 - shangdavid

状态:	Resolved	开始日期:	2025-09-28
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-28 10:25 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-09-29 08:32 - shangdavid

- 主题 从 上海九院部分未制标问题 变更为 14575上海九院部分未制标问题

#3 - 2025-09-29 08:32 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2025-09-29 15:13 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-09-28 1h 1) 远程检查工控机内存问题重启 ; 2) mcims平台打印机状态异常 , 联系现场检查打印机重启打印机后恢复