

Product Deployment - Support #28238

15562 九院北院两台手术室智能柜出现服务器内部错误的故障

2025-12-22 10:20 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-12-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-12-22 10:20 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-12-22 10:36 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #3 - 2025-12-23 13:20 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2025-12-22 0.5h 1)现场操作流程问题，领出未提交再归还导致问题，反馈现场规范流程
- #4 - 2025-12-23 16:25 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #5 - 2025-12-25 10:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #6 - 2025-12-25 10:25 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 100
- 2025-12-24 0.5h 1)领用未提交进行归还流程问题，已告知现场正确操作方法，确认没再发生问题
- #7 - 2025-12-25 10:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #8 - 2025-12-25 16:37 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed