

Product Deployment - Support #28550

15759 上海九院10号楼1楼智能柜无法登录

2026-01-05 10:29 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2026-01-05
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2026-01-05 10:29 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2026-01-07 17:26 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #3 - 2026-01-08 09:20 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #4 - 2026-01-08 10:24 - shangdavid
- 主题 从 15648 九院总院7号楼3楼手术室条码柜无法登录 变更为 10号楼1楼智能柜无法登录
- #5 - 2026-01-09 10:22 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #6 - 2026-01-09 10:26 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2026-01-08 1h 1)经排查是工控机lan1 医院内网口网络问题网线脱落，指导现场重新接入恢复
- #7 - 2026-01-09 10:26 - shangdavid
- 主题 从 10号楼1楼智能柜无法登录 变更为 15759 上海九院10号楼1楼智能柜无法登录
- #8 - 2026-01-09 10:41 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #9 - 2026-01-09 11:03 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed