

Product Deployment - Support #29034

15966-海南省人民医院试剂打印机-打印出现重复标签

2026-01-27 09:39 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2026-01-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
15966-海南省人民医院试剂打印机-打印出现重复标签			

历史记录

- #1 - 2026-01-27 09:39 - jinking
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2026-01-28 10:29 - jinking
- 1/27
- 转工程单，取日志给开发，待开发反馈
- #3 - 2026-01-29 09:24 - jinking
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2026-01-29 09:25 - jinking
- 1/28
- 开发回复：已知问题，查询打印任务慢，导致的time out: SPEND TIME: 66846 需要更新后面优化过打印任务查询的版本，具体版本咨询paul
- #5 - 2026-01-30 09:42 - jinking
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2026-02-02 15:50 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed